CBS™ Micro Aspirator



INDICAÇÃO DE USO

O microaspirador CBS™ é um acessório destinado ao preenchimento manual de palhetas por aspiração. Esse acessório permite preencher diferentes tipos de palhetas fabricadas pela Cryo Bio System, incluindo palhetas CBS™ e PETG.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O dispositivo permite realizar a aspiração manual da amostra para o interior da palheta. O operador posiciona o bocal do microaspirador na extremidade da palheta que contém o tampão de algodão e gira lentamente o botão de ajuste na direção do botão de ventilação.

Com isso, esse aspirador se torna uma solução para o preenchimento manual de palhetas sem risco de contaminação quando utilizado de acordo com as instruções aplicáveis. A prevenção de contaminação também depende da técnica asséptica e do cumprimento dos procedimentos validados pelo laboratório.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Permite o preenchimento manual de palhetas por aspiração.
- Compatível com diferentes tipos de palhetas CBS™ e PETG fabricadas pela Cryo Bio System.
- Possui bocal para conexão à extremidade da palheta com tampão de algodão.
- Possui botão de ajuste para controlar manualmente a aspiração.

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS

- Nome do produto: CBS™ Micro Aspirator (microaspirador).
- Aplicação: preenchimento manual de palhetas por aspiração.
- Palhetas compatíveis descritas: diferentes tipos de palhetas CBS™ e PETG fabricadas pela Cryo Bio System.

PROCEDIMENTO GERAL DE UTILIZAÇÃO

1. Selecionar o tipo de palheta compatível e preparar a amostra conforme o procedimento validado pelo laboratório.
2. Posicionar o bocal do microaspirador na extremidade da palheta que contém o tampão de algodão.
3. Girar lentamente o botão de ajuste na direção do botão de ventilação para aspirar a amostra e preencher a palheta.
4. Concluir o preenchimento de acordo com o procedimento operacional do laboratório e seguir as instruções específicas do fabricante da palheta para a etapa de selagem, quando aplicável.

AVISOS E PRECAUÇÕES

- Seguir as instruções de uso vigentes do fabricante e os procedimentos operacionais validados pelo laboratório.
- Aplicar técnica asséptica durante o manuseio para reduzir o risco de contaminação da amostra.

FABRICANTE

Cryo Bio System – Groupe IMV Technologies
ZI n°1 Est
61300 Saint-Ouen-sur-Iton – França
Site: www.cryobiosystem.com